

『食品の放射能簡易検査結果』のお知らせ(第108号)

自家消費野菜等の放射能検査結果(5月分・令和元年5月7日～5月31日検査分)は以下の通りです。
 なお、市のホームページにおいても検査結果を掲載しております。(http://www.city.shirakawa.fukushima.jp)

国で定められた放射性セシウムの基準値

一般食品 100^ベクレル/kg

【測定方法と測定機器】

○『きざんで測定』: 日立アロカメディカル(株) CAN-OSP-NAI (※従来の細かく刻む測定方法です。)

○『まるごと測定』: (株)アドフューテック AFT-NDA2 (非破壊式) (※本庁のみで測定しています。)

【白河地区】

◆『きざんで測定』

※検出限界値: 25^ベクレル/kg (セシウム合計値)

整理番号	種別	品目	採取場所	測定月日	セシウム134	セシウム137	合計値
1	その他	たけのこ	旧白河市内	5月9日	7	88	95
2		たけのこ	旧白河市内	5月15日	14	188	202
3		たけのこ	白河市白坂	5月9日	検出せず	検出せず	-
4		どじょう	白河市本沼	5月8日	検出せず	検出せず	-

◆『まるごと測定』

※検出限界値: 測定食品により異なる。表中の値のとおり。(セシウム合計値)

整理番号	種別	品目	採取場所	測定月日	セシウム134	セシウム137	合計値	検出限界値
1	野菜	キャベツ	旧白河市内	5月17日	検出せず	検出せず	-	8
2		ニラ	旧白河市内	5月17日	検出せず	検出せず	-	13
3	その他	たけのこ	白河市大	5月8日	検出せず	検出せず	-	15
4		たけのこ	旧白河市内	5月8日	検出せず	26	26	-
5		たけのこ	白河市白坂	5月9日	検出せず	31	31	-
6		たけのこ	白河市白坂	5月9日	検出せず	検出せず	-	13
7		たけのこ	白河市関辺	5月9日	検出せず	検出せず	-	15
8		たけのこ	白河市旗宿	5月14日	検出せず	26	26	-
9		たけのこ	白河市白坂	5月17日	検出せず	検出せず	-	17
10		たけのこ	白河市白坂	5月20日	検出せず	31	31	-
11		たけのこ	白河市旗宿	5月24日	検出せず	検出せず	-	15

【表郷地区】

◆『きざんで測定』

※検出限界値: 25^ベクレル/kg (セシウム合計値)

整理番号	種別	品目	採取場所	測定月日	セシウム134	セシウム137	合計値
1	その他	こしあぶら	白河市表郷番沢	5月8日	12	118	130
2		しどき	白河市表郷番沢	5月8日	検出せず	検出せず	-
3		たけのこ	白河市表郷番沢	5月8日	検出せず	検出せず	-
4		たらの芽	白河市表郷中野	5月21日	検出せず	検出せず	-
5		ふき	白河市表郷中野	5月21日	検出せず	検出せず	-
6		わらび	白河市表郷番沢	5月8日	検出せず	検出せず	-

【大信地区】

◆『まるごと測定』

※検出限界値: 測定食品により異なる。表中の値のとおり。(セシウム合計値)

整理番号	種別	品目	採取場所	測定月日	セシウム134	セシウム137	合計値	検出限界値
1	果物	いちご	白河市大信中新城	5月24日	検出せず	検出せず	-	13
2	その他	たけのこ	白河市大信下小屋	5月7日	検出せず	検出せず	-	15

【東地区】

測定はありませんでした。

■お問い合わせ

白河市役所生活防災課 電話22-1111 (内線2162・2163)

■検査予約先

※『まるごと測定』は、本庁のみで実施しています。

○本庁 食品検査室 電話22-2700

○表郷庁舎 地域振興課 電話32-2111(内線3273)