

## 『食品の放射能簡易検査結果』のお知らせ(第151号)

自家消費野菜等の放射能検査結果(1月分・令和5年1月4日～1月31日検査分)は以下の通りです。  
なお、市のホームページにおいても検査結果を掲載しております。(http://www.city.shirakawa.fukushima.jp)

国で定められた放射性セシウムの基準値

一般食品 100ベクレル/kg

### 《測定方法と測定機器》

○『きざんで測定』:日立アロカメディカル(株) CAN-OSP-NAI (※従来の細かく刻む測定方法です。)

○『まるごと測定』:(株)アドフューテック AFT-NDA2 (非破壊式)

### 【白河地区】

#### ◆『きざんで測定』

※検出限界値:25ベクレル/kg(セシウム合計値)

整理番号	種別	品目	採取場所	測定月日	セシウム134	セシウム137	合計値
1	野菜	かぼちゃ	白河市舟田	1月19日	検出せず	検出せず	-

#### ◆『まるごと測定』

※検出限界値:測定食品により異なる。表中の値のとおり。(セシウム合計値)

整理番号	種別	品目	採取場所	測定月日	セシウム134	セシウム137	合計値	検出限界値
1	野菜	さつまいも	旧白河市内	1月27日	検出せず	検出せず	-	9

### 【表郷・大信・東地区】

測定はありませんでした。

#### ■お問い合わせ

白河市役所生活防災課 電話 22-1111 (内線 2705)

#### ■検査予約先

※令和3年4月より表郷庁舎のみで検査しております。

○表郷庁舎 地域振興課 電話32-2111 (内線 3396)